Prüfzertifikat

Messtechnische Kontrolle von nichtinvasiven Blutdruckmessgeräten
Wichtiger Hinweis für professionelle Betreiber: Für Personen, die nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung gehalten sind ein Medizinproduktebuch zu führen, ist es Pflicht, das vorliegende Prüfzertifikat als Nachweis zu diesen Unterlagen zu nehmen!

Anschrift Kunde oder Praxisstempel

Name, Vorname:

Straße Nr:

PLZ Ort:

Telefonnummer:

Gerätedaten:

Hersteller:

Modell:

Seriennummer:

Anschrift Prüfer

sax Sanitätshaus
www.orthosax.de
Krankenhausstr. 1a
84453 Mühldorf/Inn
Tel: 08631- 98 63 99 0
Münchener Str. 16a
83527 Haag i. OB
Tel: 08072- 37 39 37
Marienstraße 3
84503 Altötting
Tel: 08671- 925 981-0

1) Sichtprüfung

in Ordnung	nicht in Ordnung	
O	O	Aufschriften erkennbar
O	O	CE-Kennzeichnung erkennbar O Bestandsschutz, erst seit 2008 Pflicht
O	O	keine Ablagerungen auf dem Gehäuse (mit / ohne Funktionsbeeinträchtigungen)
O	O	Gehäuse ohne Beschädigungen (Bruch, Kratzer)
O	O	keine mechanischen Defekte erkennbar / hörbar
O	O	Gerät steht standfest O nicht prüfbar, da z.B. Handgelenksgerät
O	O	Dichtigkeit der Manschette
O	O	Netzgerät (soweit vorhanden - zusätzliche Prüfung nach VDE 750/751) O nicht prüfbar
O	O	Batteriebetrieb (soweit vorhanden) (Klasse II)
O	O	Funktionsprüfung (Testlauf)

2) Messung der statischen Druckanzeige

Verwendetes Prüfgerät:
Hersteller: Kalinsky-Druckmesstechnik
Modell: HMG 05 / Seriennummer: 1616
letzte Überprüfung: 29.09.2026
nächste Überprüfung: 09/2028
Kalibrierter Messbereich: 0 - 300 mmHg
max. Messungenauigkeit: kleiner 0,8 mmHg

Verwendetes Messverfahren und Bewertung nach:
Leitfaden zu messtechnischen Kontrollen von Medizinprodukten mit Messfunktion (LMKM)
Ausgabe 2.2

Messergebnis der statischen Druckprüfung (mmHg)

Sollwert	300	250	200	150	100	50	0
Istwert bei steigenden Druckwerten (am zu prüfenden RR-Gerät abgelesen)							
Istwert bei fallenden Druckwerten							
Differenz (max. +/- 3 mmHg oder Herstellerangaben)							

Prüfergebnis:

ja nein Das überprüfte Gerät erfüllt die Anforderungen

ja nein Das Prüfsiegel wurde angebracht und ist gültig
O bis 2028 O bis 2029 O bis 2030

Datum, Unterschrift d. Prüfers

Festgestellte Mängel:
01 Gerät: Gehäuse defekt
02 Gerät: Pumpe defekt
03 Gerät: Druckablass defekt
04 Gerät: Elektronikbauteil defekt
11 Schlauch: Porös, gealtert
12 Schlauch: Verbindung locker/Abdichtung
21 Manschette: undicht
22 Manschette: Klettfixierung hält nicht
23 Manschette: falsche Manschette für Gerät
24 Manschette: verschlissen
31 Hinweis: falsche Batterien
32 Hinweis: keine Akkus verwenden
33 Hinweis: Batterien leer

copyright Th. Sax 09/2022 Blutdrucküberprüfung_2026.svg